Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1
тел.: +7(499)246-58-24; факс: +7(499)245-03-14; e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Вода деионизированная, свободная от нуклеаз

«АмплиТест® H_2O»

без использования диэтилпирокарбоната (DEPC)

LOT **010622**	**2022-06-01**
	2024-12-01

ОПИСАНИЕ

Вода «АмплиТест® H2O» свободна от нуклеаз (РНКаз и ДНКаз).
В производстве не используются токсичные вещества, такие как DEPC (диэтилпирокарбонат), чтобы избежать ингибирования ферментативных реакций.
Вода поставляется в пластиковых бутылях с завинчивающимися крышками.

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ

Ионный обмен и обратный осмос.

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Удельное сопротивление: не менее 18,2 МОм·см при 25 °С

РНК-азы: < 1 пг/мл

ДНК-азы: < 5 пг/мкл

Отсутствие нуклеазной активности при инкубации с флюоресцентно-мечеными РНК- и ДНК - зондами с детекцией в режиме «реального времени» на приборе CFX96, Bio-Rad в течение 1 часа при 37 ˚С.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

REF R-WTI-250 – 250 мл REF R-WTI-100 – 100 мл REF R-WTI-50 – 50 мл
REF R-WTI-25 – 25 мл REF R-WTI-1,25 – 1,25 мл

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

Этот продукт разработан и продается исключительно в исследовательских целях и только для использования в молекулярной биологии.
Продукт не тестировался для использования в разработке или производстве лекарственных средств, а также не подходит для введения in vivo людям или животным.

Условия транспортирования и хранения

Воду деионизированную, свободную от нуклеаз «АмплиТест® H2O» транспортировать и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 30 °С.

Срок годности: 30 месяцев.

Дата выдачи: **01.06.22**

Руководитель производственной лаборатории (Ж.Е. Тарасова)

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
г. Москва

REF R-WTI-1,25, R-WTI-25, R-WTI-50, R-WTI-100, R-WTI-250